

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	一块医疗空白易撕膜	检测日期	2023 年 8 月 25 日
批号	DY230707 - A样	结构	易撕 PET12/AL7/易撕 PE60 长林
客户名称	湖南一块医疗科技有限公司		
起封温度 126 度	横: 42.26N/15mm 纵: 40.77N/15mm	摩擦系数	内对内 0.166 内对钢 0.150
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	一块医疗空白易撕膜	检测日期	2023 年 8 月 25 日
批号	DY230707 - B样	结构	易撕 PET12/AL7/易撕 PE60 伸华
客户名称	湖南一块医疗科技有限公司		
起封温度 127 度	横: 38.93N/15mm 纵: 41.36N/15mm	摩擦系数	内对内 0.163 内对钢 0.163
内层剥离力	横: 9.01N/15mm 纵: 8.18N/15mm		

批准:

陈丰

审核: 李俊

