


序号	版本号	更改内容	设计	日期
1	V1.0	首次发布	熊凌志	2021.04.25



技术要求:

- 1、按图纸尺寸加工，未注公差按±0.1mm;
- 2、切口平整，热封线平整;
- 3、密封包装;
- 4、颜色：一面无色透明，一面银色;
- 5、微生物限度：菌落总数 ≤100个/100cm²，霉菌、酵母菌数 ≤100个/100cm²
- 6、不溶性微粒检测：按每个供试品容器（份）含10 μm 以上（≥10 μm）的微粒不得过6000粒，含25 μm以上（≥25 μm）的微粒不得过600粒
- 7、产品按封样验收.

设计		ASCLJ-360L EP-2001电极片包装袋				湖南安泰康成 生物科技有限公司	
审核		图样标记	数量	重量	比例	塑料膜/铝塑膜	
批准		JS			1:1		
日期		共 1 页	第 1 页	360L-03-RDP-057	V1.0		