

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	试剂管封口空白膜	检测日期	2024 年 5 月 29 日
批号	DY240516	结构	PET12/AL7/ CPP60
客户名称	三诺生物传感股份有限公司		
与试剂管起封温度 145 度	7.92 N/15mm	摩擦系数	内对内 0.137 内对钢 0.113
内层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂		

批准：陈建

审核：李利

