

 YIYONGFENG 怡永丰	® 原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：YYF/JL/ZL(ZK)/066		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	



## 原材料薄膜检验报告单

基本信息					
品名	输液袋易揭PE	到货日期	2024-12-21		
规格	750*70	报告日期	2024-12-21		
用途		生产厂家	金华市伸华包装材料有限公司		
数量	2件	批号	20241221		
检验依据	YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007				
检测项目		结果	判定		
项目	技术要求				
外观	不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵	通过	合格		
宽度	±5	+3	合格		
厚度极限偏差	±10%	+14.29	不合格		
厚度平均偏差	±8%	+9.71	不合格		
10个点厚度	73 75 76 78 72 78 78 80 78 80				
端面整齐度	±2	0.5	合格		
纸芯端部	不得出现凹陷或崩口	通过	合格		
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）	< 0.5	0.456	合格		
热封起始温度（非处理面之间）/°C	膜与袋起封强度大于5N	155°C 5.28	合格		
湿润张力/（mN/m）	≥38	38	合格		
拉伸强度/MPa	横向>11	N/A	合格		
	纵向>11	N/A	合格		
断裂标称应变%	横向>150	N/A	合格		
	纵向>150	N/A	合格		
结论	经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。				
批准：	陈建	审核：	曾焰	检验：	陈雯