

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	试剂管封口空白膜	检测日期	2024 年 11 月 27 日
批号	DY241006	结构	PET12/AL7/ CPP50
客户名称	三诺生物传感股份有限公司		
起封温度 135 度	横: 34.79N/15mm 纵: 31.79N/15mm	摩擦系数	内对内 0.118 内对钢 0.140
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:

陈建

审核:

张



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备