



统一社会信用代码

91430105MACXCBWQOL

营业执照

(副本)

副本编号: 1 - 1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 湖南纳信检测技术有限公司

注册资本 贰佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2023年08月16日

法定代表人 杨亮亮

住所 长沙高新开发区麓谷街道谷苑路229号海凭园2栋515

经营范围 许可项目: 检验检测服务; 特种设备检验检测; 建设工程质量检测; 水利工程质量检测; 安全生产检验检测; 室内环境检测; 机动车检验检测服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 仪器仪表修理; 电工仪器仪表销售; 计量技术服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 环境保护监测; 环保咨询服务; 生态资源监测; 终端计量设备销售; 绘图、计算及测量仪器销售; 电子产品销售; 电子测量仪器销售; 智能仪器仪表销售; 水利相关咨询服务; 机动车充电销售; 公路水运工程试验检测服务; 生态环境监测及检测仪器仪表销售; 水质污染物监测及检测仪器仪表销售; 环境监测专用仪器仪表销售; 药物检测仪器销售; 安防设备销售; 物联网设备销售; 消防技术服务; 特种设备销售; 大气污染监测及检测仪器仪表销售; 软件开发; 机械研发。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



2024 年 6 月 11 日



中华人民共和国 专项计量授权证书

The People's Republic of China
Certificate of Metrological Authorization for Special Items

(长)法计(2023)20025号

湖南纳信检测技术有限公司：

根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和《计量授权管理办法》的有关规定，在核定项目范围内，你单位经考核评定合格，现授权准予进行计量检定、校准和检测工作，特发此证（授权区域和项目见附件）。

This is to certify that your organization has been examined and deemed to be qualified within the authorized items in accordance with the provisions of the Law on Metrology of the People's Republic of China, the Rules for the Implementation of the Law on Metrology of the People's Republic of China, and the Administrative Measures on Metrological Authorization. Your organization is hereby authorized to carry out metrological verification, calibration and test (for authorized regions and items shown in the annex).

批准人签名：

朱炳臻

Approved by:

发证机关：

Issued by:

发证日期：2023年 11月 08日

Issued on:

有效期至：2028年 11月 07日

Valid to:



计量授权证书附件

共 4 页 第 1 页

发证机关提示：

一、被授权单位必须认真贯彻执行计量法律、法规。

二、被授权单位的相应计量标准，必须接受计量基准或者社会公用计量标准的检定。

三、被授权单位开展授权项目工作，必须接受授权单位的监督。

四、被授权单位必须按照授权范围开展工作，需要新增授权项目，应当向授权单位提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权后，方可开展新增授权项目的工作。

五、需要继续承担授权任务的被授权单位，在有效期满前六个月应当向授权单位提出申请；授权单位根据需要进行复查，经复查合格的，延长有效期。

六、被授权单位需要终止所承担的授权项目工作，应当提前六个月向授权单位提出书面报告；未经批准不得擅自终止工作。

计量授权证书附件

共 4 页 第 2 页

机构名称： 湖南纳信检测技术有限公司

Name of organization

地址： 湖南省长沙市长沙高新开发区

Address 麓谷街道谷苑路 229 号海凭园 2 栋 515

法人代表： 杨亮亮

Legal representative

负责人： /

Person in charge

主管部门： /

Competent authority

授权区域： 湖南省长沙市

Authorized region

授权形式： 对社会开展非强制检定（详见续页）

Authorized type

证书编号： （长）法计（2023）20025 号

Number of certificate

发证日期： 2023 年 11 月 08 日 / 变更日期： 2024 年 07 月 31 日

Issued on

有效日期： 2028 年 11 月 07 日

Valid to

发证机关： 长沙市市场监督管理局

Issued by

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

共4 页 第3 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
	非强制检定项目	非强制检定项目	非强制检定项目	非强制检定项目
1	可燃气体检测报警器(甲烷)	(0~100)%LEL	MPE:±5%FS	JJG 693-2011
2	硫化氢气体分析仪	(0~100)×10 ⁻⁶ mol/mol	±10%	JJG 695-2019
3	硫化氢气体检测报警器	(0~100)×10 ⁻⁶ mol/mol	±2μmol/mol	JJG 695-2019
4	一氧化碳检测报警器	(0~2000)×10 ⁻⁶ mol/mol	±5μmol/mol 或 ±10%	JJG 915-2008
5	氧分析仪和氧气检测报警器	(0~30)%	仪器量程≤25%: ±2.0%FS 仪器量程>25%: ±3.0%FS	JJG 365-2008
	以下空白	以下空白	以下空白	以下空白

国家市场监督管理总局印制

计量授权证书附件

共 4 页 第 4 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
	此页无正文	此页无正文	此页无正文	此页无正文

国家市场监督管理总局印制

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2023] 长量标企证字第 592 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 湖南纳信检测技术有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 可燃气体检测报警器检定装置
Name of Measurement Standard

代码 46113107
Code

测量范围 (0~100)%LEL
Measuring Range

不确定度或准确度等级 $U_{rel}=2\%$, $k=2$
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 湖南省长沙市长沙高新区麓谷街道
Installed in 谷苑路 229 号海凭园 2 栋 515

发证机关(印章)
The Issuing Authority

发证日期 2024 年 07 月 22 日
Date of Issue

有效期至 2029 年 07 月 21 日
Date of Expiry

	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计 量 标 准 器 Measurement Standard	空气中甲烷气 体标准物质	4L	$0.51 \times 10^{-2} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000030
	空气中甲烷气 体标准物质	8L	$2.03 \times 10^{-2} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技有 限公司/L207501101
	空气中甲烷气 体标准物质	4L	$3.01 \times 10^{-2} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000013
	高纯氮气体标 准物质	4L	99.999%	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000069
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	绝缘电阻表	ZC25-4	1000V, 0~1000MΩ	10 级	人民电器集团有 限公司/230601045
	电子秒表	YS-1010	(0~3600)s	分辨力 0.01s, MPE: $\pm 0.07\text{s}$	深圳市奕圣科技技 术有限公司/NX001
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.10~1.0)L/min	4 级	泰州俊海仪表有 限公司/1 号
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.10~1.0)L/min	4 级	泰州俊海仪表有 限公司/2 号
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	可燃气体检测 报警器	(0~100)%LEL	MPE: $\pm 5\%\text{FS}$	JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器检》	

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2023] 长量标企证字第 591 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 湖南纳信检测技术有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 硫化氢气体检测仪检定装置
Name of Measurement Standard

代码 46113104
Code

测量范围 (0~100)×10⁻⁶mol/mol
Measuring Range

不确定度或准确度等级 $U_{rel}=2\%$, $k=2$
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 湖南省长沙市长沙高新区麓谷街道
Installed in 谷苑路 229 号海凭园 2 栋 515

发证机关(印章)
The Issuing Authority

发证日期 2024 年 07 月 22 日
Date of Issue

有效期至 2029 年 07 月 21 日
Date of Expiry

	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计量 标准器 Measurement Standard	氮中硫化氢气体标准物质	4L	$19.8 \times 10^{-6} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	安徽强源气体有限公司/JL06182
	氮中硫化氢气体标准物质	4L	$50.2 \times 10^{-6} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	安徽强源气体有限公司/99517171
	氮中硫化氢气体标准物质	4L	$81.1 \times 10^{-6} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	安徽强源气体有限公司/81709071
	高纯氮气体标准物质	4L	99.999%	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技有限公司 000069
主要 配套设备 Main Auxiliary Equipment	绝缘电阻表	ZC25-4	1000V, 0~1000MΩ	10 级	人民电器集团有限公司/230601045
	电子秒表	YS-1010	(0~3600)s	分辨力 0.01s, MPE: $\pm 0.07\text{s}$	深圳市奕圣科技技术有限公司/NX001
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.10~1.0)L/min	4 级	泰州俊海仪表有限公司/1 号
开展的 检定或 校准项目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	硫化氢气体分析仪 硫化氢气体检测报警仪	$(0 \sim 100) \times 10^{-6} \text{mol/mol}$	MPE: $\pm 10\%$ MPE: $\pm 2 \mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$	JJG 695-2019 《硫化氢气体检测仪》	

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2023] 长量标企证字第 593 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 湖南纳信检测技术有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 代码 46113115
Name of Measurement Standard Code

测量范围 (0~30)%
Measuring Range

不确定度或准确度等级 $U_{rel}=1\%$, $k=3$
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 湖南省长沙市长沙高新区麓谷街道
Installed in 谷苑路 229 号海凭园 2 栋 515

发证机关(印章)
The Issuing Authority

发证日期 2024 年 07 月 22 日
Date of Issue

有效期至 2029 年 07 月 21 日
Date of Expiry

	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计 量 标 准 器 Measurement Standard	氮中氧气标准物质	4L	$6.10 \times 10^{-2} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=1\%, k=3$	长沙弘晖气体科技有限公司/000091
	氮中氧气标准物质	4L	$14.8 \times 10^{-2} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=1\%, k=3$	长沙弘晖气体科技有限公司/000052
	氮中氧气标准物质	4L	$24.0 \times 10^{-2} \text{mol/mol}$	$U_{rel}=1\%, k=3$	长沙弘晖气体科技有限公司/000009
	高纯氮气体标准物质	4L	99.999%	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技有限公司/000069
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	电子秒表	YS-1010	(0~3600)s	分辨力 0.01s	深圳市奕圣科技技术有限公司/NX001
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.1~1.0)L/min	4.0 级	泰州俊海仪表有限公司/3#
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.1~1.0)L/min	4.0 级	泰州俊海仪表有限公司/4#
	绝缘电阻表	ZC25-4	1000V, (0~1000)M Ω	10 级	人民电器集团有限公司/230601045
	耐压测试仪	RK2672BM	(0~5)kV, 0~20mA	5 级	深圳美瑞克电子科技有限公司/72BM230522054
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	氧分析仪和氧气检测报警器	(0~30)%	仪器量程 $\leq 25\%$ 示值误差: $\pm 2.0\% \text{FS}$ 仪器量程 $> 25\%$ 示值误差: $\pm 3.0\% \text{FS}$	JJG 365-2008 《电化学氧测定仪》	

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2023] 长量标企证字第 594 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 湖南纳信检测技术有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 一氧化碳检测报警器检定装置
Name of Measurement Standard

代码 46113118
Code

测量范围 (0~2000) × 10⁻⁶ mol/mol
Measuring Range

不确定度或准确度等级 $U_{rel}=2\%$, $k=2$
或最大允许误差
Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 湖南省长沙市长沙高新区麓谷街道
Installed in 谷苑路 229 号海凭园 2 栋 515

发证机关(印章)
The Issuing Authority

发证日期 2024 年 07 月 22 日
Date of Issue

有效期至 2029 年 07 月 21 日
Date of Expiry

	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计量 标准器 Measurement Standard	空气中一氧化碳 气体标准物质	4L	$73.0 \times 10^{-6} \text{ mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000017
	空气中一氧化碳 气体标准物质	4L	$298 \times 10^{-6} \text{ mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000059
	空气中一氧化碳 气体标准物质	4L	$601 \times 10^{-6} \text{ mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000060
	空气中一氧化碳 气体标准物质	4L	$1390 \times 10^{-6} \text{ mol/mol}$	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000041
	高纯氮气标准 物质	4L	99.999%	$U_{rel}=2\%, k=2$	长沙弘晖气体科技 有限公司/000069
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	电子秒表	YS-1010	(0~3600)s	分辨力 0.01s	深圳市奕圣科技技 术有限公司/NX001
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.1~1.0)L/min	4.0 级	泰州俊海仪表有 限公司/3#
	玻璃转子流量计	LZB-3WB	(0.1~1.0)L/min	4.0 级	泰州俊海仪表有 限公司/4#
开展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	一氧化碳检测 报警器	$(0 \sim 2000) \times 10^{-6} \text{ mol/mol}$	$\pm 5 \mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$	JJG 915-2008 《一氧化碳检测报警器》	