

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	理疗体表电极铝箔袋（镀铝）160*160mm	检测日期	2025 年 5 月 15 日
批号	2505027	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	湖南省万卓医疗器械有限公司 东南水性白		
内层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 135 度	横：56.80N/15mm 纵：54.83N/15mm
摩擦系数	内对内 0.309 外对外 0.297	溶残	0.5mg/m2

产品名称	理疗电极片铝箔袋（镀铝）160*160mm	检测日期	2025 年 5 月 15 日
批号	2505026	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	湖南省万卓医疗器械有限公司		
内层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂	起封温度 135 度	横：52.77N/15mm 纵：57.04N/15mm
摩擦系数	内对内 0.341 外对外 0.262	溶残	0.7mg/m2

批准：

陈建
白俊有明星签名
2025.5.20.

审核：

陈建

检验：



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备