



# 东莞市匠星新材料科技有限公司

## 产品检验报告

产生批号：2025060092

客户: YYF		规格: 输液袋易揭膜 70*720MM					
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法	
宽度 (mm)		720	±3	722		GB/T 6673-2001	
厚度 (um)		70	±5	70		GB/T 6672-2001	
晶点		无	无	/		GB/T 4456-2008	
杂质		无	无	/			
润湿张力mN/m		38	≥38	41		GB/T 14216-2008	
摩擦系数		0.38-0.45	动: 0.45	静: 0.45		GB/T 10006-1988	
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10	27			
	横向	Mpa	≥10	23.5			
断裂伸长率	纵向%		≥300	600			
	横向%		≥300	960			
热封	温度		145	147	150	6.5	
	N	≥2.8	9.0	9.2	11.0		

  

热封曲线图(2kgf、0.5sec)

热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜

样品号	热封强度 (N/15MM)
1	~7.5
2	~7.8
3	~8.2

备 注:	电晕面 (内)
检验结论:	合格

检验员: 李桂霞

日期2025-6-7

审 核: 肖平

公司印章:



27

28