

	原材料薄膜检验报告单		
	文件编号：		
	版本号：B/0	第 1 页 共 1 页	

原材料薄膜检验报告单

基本信息			
品名	眼贴袋PE(TD-PE-TM)	到货日期	2021-01-15
规格	545mm*83um	报告日期	2021-01-16
用途	用于增加眼贴袋供应商	生产厂家	湘潭富昌
数量	347.9Kg	批号	/
检验依据	YYF/JS(YL)/ZL(ZK)/007		
检测项目		结果	判定
项目	技术要求		
外观	不得有气泡、异味、水、油污、粉尘、伤痕和折皱、孔洞、暴筋、条纹、卷边、晶点、塑化不良、鱼眼、僵块等瑕疵	通过	合格
宽度	±5mm	+1.0	合格
厚度极限偏差	±10	+3.60	合格
10个点厚度	81 86 83 82 83 83 82 84 85 83		
端面整齐度	±2mm	通过	合格
纸芯端部	不允许凹陷或崩口	通过	合格
摩擦系数（非电晕面/非电晕面）	0.09-0.12	0.110	合格
热封起始温度（非处里面之间）/°C	≤130	124	合格
湿润张力/（mN/m）	> 38	38	合格
拉伸强度/MPa	横向>13	27.12	合格
	纵向>13	25.41	合格
断裂标称应变%	横向>260	1045.98	合格
	纵向>260	1024.64	合格
结 论	经检测，该批产品上述指标均符合要求，判定为合格产品。		陈雯

☐ 审批历程

序号	处理步骤	接单人	处理人	处理动作	日期	审批意见
----	------	-----	-----	------	----	------

1	开始	陈雯	陈雯	提交	2021-01-16 09:16:11	
2	质量部审批	曾焰	陈雯	取回	2021-01-16 09:32:01	
3	开始	陈雯	陈雯	提交	2021-01-16 09:32:40	
4	质量部审批	曾焰	曾焰	同意	2021-01-16 09:34:47	
5	复核审批	陈建	陈建	同意	2021-01-16 14:22:10	跟踪成品检测结果。